

**CAPITOLATO TECNICO**

**FORNITURA TRIENNALE DI COPERTE IPERTERMICHE MONOPAZIENTE CON  
COMODATO D'USO DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI RISCALDAMENTO**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	2
ART. 2 – CARATTERISTICHE E QUANTITA' DEI PRODOTTI RICHIESTI.....	2
ART. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE .....	3
ART. 4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	3
ART. 5 - CONSEGNE .....	3

**CAPITOLATO TECNICO FORNITURA TRIENNALE DI COPERTE IPERTERMICHE MONOPAZIENTE CON COMODATO D'USO DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI RISCALDAMENTO****ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura triennale di coperte ipertermiche monopaziente misure varie, con comodato d'uso delle relative apparecchiature di riscaldamento.

Il valore presunto della fornitura triennale ammonta ad Euro 187.065,00.= IVA esclusa

**ART. 2 – CARATTERISTICHE E QUANTITA' DEI PRODOTTI RICHIESTI**

Il fabbisogno presunto per un periodo di 36 mesi è quello di seguito riportato:

Riferimenti	Quantità per 36 mesi	Prodotti
Rif. 1	40.900	<b>COPERTA ADULTO PER TUTTO IL CORPO</b>
Rif. 2		<b>COPERTA PARTE SUPERIORE DEL CORPO</b>
Rif. 3		<b>COPERTA PARTE INFERIORE DEL CORPO</b>
Rif. 4		<b>COPERTA PEDIATRICA PER TUTTO IL CORPO</b>
Rif. 5	2.400	<b>COPERTA PER ACCESSO ADDOMINALE</b>

**Le coperte dovranno avere le seguenti caratteristiche:**

- monopaziente;
- realizzate in materiale flessibile e morbido, confortevoli, traspiranti per ridurre al minimo l'umidità tra cute e coperta;
- dotate di sistema di fissaggio che consenta un preciso posizionamento alla cute del paziente senza creare alcun rigonfiamento;
- prive di lattice, ignifughe, idrorepellenti e atossiche.

Il confezionamento deve garantire una facile apertura ed individuazione del tipo di coperta.

La ditta dovrà mettere a disposizione dell'Azienda Ulss a titolo di comodato d'uso gratuito n. 96 apparecchiature, ciascuna completa di quanto necessario al funzionamento, con consegna (a piano) da ubicare:

n. 11 apparecchiature presso il P.O. di Venezia

n. 42 apparecchiature presso il P.O. di Mestre

n. 19 apparecchiature presso il P.O. di Dolo

n. 17 apparecchiature presso il P.O. di Mirano

n. 07 apparecchiature presso il P.O. di Chioggia

**Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche:**

- sistema convettivo ad aria calda forzata, veloce nell'accensione;
- possibilità di impostazione delle temperature (almeno 3 comprese tra 32° e 44°);
- sistema di sicurezza di controllo per temperatura di surriscaldamento;
- ventilazione del paziente con aria a temperatura ambiente;
- filtro HEPA ad alta efficienza, con un rendimento filtrante pari ad almeno il 99,97% nei confronti di particelle d'aria delle dimensioni pari od inferiori a 0.3µ;
- elevato flusso d'aria;
- carrello per spostamento autonomo;

- comprendere tutti gli accessori non menzionati necessari al funzionamento.

Quanto offerto deve rispondere alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza, di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti.

Il comodato sarà disciplinato secondo le condizioni di cui al documento **Allegato 3 – Condizioni di Comodato**.

### **ART. 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

La ditta dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in comodato per garantirne la costante e perfetta efficienza per tutta la durata contrattuale, come previsto all'art. 8 delle Condizioni di Comodato.

### **ART. 4- FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La ditta fornitrice dovrà farsi carico dell'istruzione del personale utilizzatore organizzando una o più giornate di formazione con personale qualificato da svolgersi presso le UU.OO.CC. utilizzatrici secondo modalità che andranno concordate con i Direttori delle stesse.

### **ART. 5 – CONSEGNE**

#### **Consegna e collaudo delle apparecchiature**

Tutto quanto necessario per la consegna e il collaudo di ciascuna apparecchiatura dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta, salvo successive diverse disposizioni, e ciò a pena di revoca dell'aggiudicazione presso il luogo che sarà indicato nella richiesta stessa.

La Ditta all'atto della consegna e/o collaudo di ciascuna apparecchiatura dovrà obbligatoriamente fornire la seguente documentazione (o apposita dichiarazione a giustificazione di un'eventuale assenza):

- documentazione attestante l'avvenuta Verifica di Sicurezza per le dispersioni elettriche di cui alle norme CEI 62.5; in mancanza l'ULSS provvederà a farla effettuare da terzi, con addebito alla ditta inadempiente;
- una relazione illustrante il calendario e le modalità di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventiva e della Verifica di Sicurezza durante il periodo contrattuale. Le visite, concomitanti, dovranno essere effettuate a partire dal 2° semestre dalla data di consegna e/o collaudo delle apparecchiature e dovranno avere cadenza almeno annuale (ogni 12 mesi);
- manuale d'uso cartaceo redatto integralmente in lingua italiana;
- un CD o DVD contenente una copia in formato PDF del suddetto manuale d'uso (nel caso che la ditta non posseda il manuale originale in file, deve effettuare una copia scannerizzata del manuale cartaceo che verrà consegnato);
- certificato di conformità alla direttiva CE 93/42 concernente i dispositivi medici (marchio CE).

Il collaudo, documentato da specifico verbale, dovrà essere eseguito entro 7 giorni di calendario dalla consegna, alla presenza del Direttore dell'U.O.C. interessata e del Responsabile dell'Ingegneria Clinica (o da persona delegata dagli stessi); ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione, o sostituzione delle parti difettose, entro 4 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze. La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo con esito positivo dell'apparecchiatura.

### **Consegna del materiale**

Le consegne, ripartite nel tempo, dovranno essere effettuate presso il Magazzino che sarà indicato nei buoni d'ordine, franche di ogni rischio e spesa.

I tempi di consegna del materiale non dovranno essere superiori a 8 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'ordine di fornitura, che sarà inviato a mezzo NSO.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.

**Al momento dell'ordine non dovrà essere imposto alcun minimo fatturabile.**

### **Controlli sulle forniture**

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello proposto in offerta e nella documentazione tecnica.

La firma sul documento di trasporto all'atto di ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei colli indicati in bolla. La quantità può essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al fornitore.

L'accettazione dei prodotti avverrà ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione che si riserva l'accertamento sui requisiti qualitativi pattuiti effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato interno o esterno; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera quindi la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai vizi palesi e/o occulti della merce non rilevati all'atto delle consegne. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

In considerazione dell'impossibilità di sottoporre a perizia tutta la merce all'atto della consegna, la Ditta dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna (per le quantità) e dalla data di effettivo utilizzo (per la qualità) dei prodotti.

### **Ritiro e sostituzione**

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico, schede tecniche, o che risultassero difettosi, non compatibili e comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo, potranno essere contestati al fornitore mediante PEC.

In tal caso la ditta fornitrice ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine stabilito di giorni 3 di calendario; i termini decorrono dalla data di ricevimento della contestazione. E' a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.