

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 2 MICROSCOPI OPERATORI
PER U.O.C. OCULISTICA E U.O.C. NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI MESTRE**

CHIARIMENTI DEL 30.05.2025

Di seguito si forniscono i chiarimenti a specifiche richieste pervenute:

Domanda 1

Con riferimento al CAPITOLATO TECNICO Art. 5 - GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA Pag. 7 si chiede di confermare che per materiale consumabile incluso nel servizio Full Risk si intende tutto il materiale consumabile/usurabile necessario al ripristino delle normali funzionalità del sistema utilizzato durante le attività di manutenzione preventiva e correttiva e che pertanto rimane escluso, quindi non a carico del carico del fornitore, il materiale monouso/mono-paziente (esempio teli copri strumento) e quello pluriuso a durata definita (es. lampade, kit pampfundoscopici re-sterilizzabili, manopole re-sterilizzabili, etc.)

Risposta 1

Rimane escluso, quindi non a carico del carico del fornitore, solo il materiale monouso/mono-paziente (esempio teli copri strumento).

Domanda 2

Nella tabella relativa all'assegnazione dei punteggi tecnico-qualitativi, in particolare per le caratteristiche 1.4, 1.5 e 1.6, viene attribuito un punteggio fisso di 18 punti su 70, con la dicitura "punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto".

Tale modalità di attribuzione appare in contrasto con i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sanciti dall'art. 30 del Codice degli Appalti, in quanto le caratteristiche in questione fanno riferimento a elementi esclusivi che identificano un solo concorrente sul mercato. La loro definizione come criteri tabellari e il punteggio fisso attribuito senza possibilità di valutazione discrezionale rischia di favorire ingiustificatamente un soggetto rispetto agli altri partecipanti, limitando la concorrenza e la libera partecipazione di tutte le aziende interessate.

Pertanto, si chiede formalmente di modificare l'indicazione di tali punteggi da "tabellare" a "discrezionale", consentendo una valutazione equa e trasparente da parte della Commissione di gara, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice degli Appalti.

Inoltre, si richiede di accogliere le successive richieste di chiarimento al fine di garantire la più ampia partecipazione ed evitare che si creino condizioni di favore ingiustificate, che potrebbero condurre a contestazioni e potenziali ricorsi.

Risposta 2

Si vedano le risposte alle domande successive.

Domanda 3

Si richiede di modificare la dicitura in tabella 8 punto 1.4 “Possibilità di visualizzazione ibrida, sia in modalità tradizionale che con tools dedicati all’ispezione intraoperatoria anche per eventuale visualizzazione in modalità 3D”

con “Possibilità di visualizzazione ibrida, anche in modalità 3D. Possibilità di collegamento con sistemi di imaging di visualizzazione intraoperatoria (es. endoscopi, ecografi ultrasuoni).”

La dicitura “tools dedicati all’ispezione intraoperatoria” identifica uno specifico concorrente sul mercato.

Risposta 3

Il punto 1.4 della tabella 8 (che si riferisce al Lotto n. 2) viene modificato come segue: “Possibilità e modalità di visualizzazione ibrida.” Il punteggio viene modificato da Tabellare (T) a Discrezionale (D).

Si veda il Disciplinare revisionato come pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet aziendale.

Domanda 4

Si richiede di modificare la dicitura in tabella 8 punto 1.5 “Gestione robotizzata del corpo ottico, possibilità di memorizzare e richiamare posizioni e di muovere il microscopio mantenendo il punto di fuoco fisso senza ausilio del neuronavigatore (messa a fuoco robotizzata)”

con “Possibilità di movimenti robotizzati del corpo ottico.”

Contestualmente si chiede di eliminare “possibilità di memorizzare e richiamare posizioni e di muovere il microscopio mantenendo il punto di fuoco fisso senza ausilio del neuronavigatore (messa a fuoco robotizzata)” poiché identifica un solo prodotto sul mercato.

Risposta 4

Il punto 1.5 della tabella 8 viene modificato come segue: “Gestione robotizzata del corpo ottico: caratteristiche e modalità.” Il punteggio viene modificato da Tabellare (T) a Discrezionale (D).

Si veda il Disciplinare revisionato come pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet aziendale.

Domanda 5

Si richiede di modificare la dicitura in tabella 8 punto 1.6 “Osservatore laterale svincolato nel tilting antero-posteriore” con “Possibilità di avere osservatore laterale completamente svincolato dai movimenti del corpo ottico.”

Il meccanismo di movimento del tubo binoculare laterale svincolato nel tilting antero-posteriore è una caratteristica che identifica un unico concorrente sul mercato.

Risposta 5

Il punto 1.6 della tabella 8 viene modificato come segue: “Osservatore laterale svincolato dai movimenti del corpo ottico.” Il punteggio viene modificato da Tabellare (T) a Discrezionale (D).

Si veda il Disciplinare revisionato come pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet aziendale.

Domanda 6

Si chiede conferma che la garanzia provvisoria possa essere ulteriormente ridotta del 10% in caso di presentazione di una fideiussione emessa e firmata digitalmente che sia gestita mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente come previsto dal comma 8 dell'art. 106 del codice.

Risposta 6

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto del 10% se la stessa è verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente, come previsto dal comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

E' onere dell'operatore economico accertarsi che il sito internet da utilizzare per le verifiche sia stato indicato dall'istituto emittente nella documentazione relativa alla fideiussione; in caso contrario l'operatore economico dovrà acquisire dal garante l'indirizzo internet e lo dovrà indicare nella dichiarazione integrativa (come da facsimile allegato C al Disciplinare di gara).

Si precisa sin d'ora che la verifica della garanzia mediante PEC non è modalità che consente di accedere alla riduzione del 10% in questione.

Venezia Mestre, 30.05.2025

Il Direttore UOC Provveditorato Economato e Logistica
dott.ssa Cinzia Bon