

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 2 MICROSCOPI OPERATORI PER U.O.C.
OCULISTICA E U.O.C. NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI MESTRE**

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	pag.	3
ART. 2 – CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE.....	pag.	3
ART. 3 – FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag.	6
ART. 4 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO	pag.	6
ART. 5 – GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.....	pag.	7
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	pag.	8
ART. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA'	pag.	8
ART. 8 – RESPONSABILITA' CIVILE	pag.	9
ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag.	9
ART. 10 – DOCUMENTO EX ART. 26 D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.	pag.	10

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di n. 2 microscopi operatori destinati all'Ospedale dell'Angelo di Mestre, articolata nei seguenti lotti:

Lotto 1: n. 1 microscopio operatorio per la sala operatoria di Oculistica

Lotto 2: n. 1 microscopio operatorio per la sala operatoria di Neurochirurgia

La fornitura deve essere comprensiva di:

- trasporto, consegna, installazione, collaudo
- garanzia di 12 mesi con manutenzione full-risk
- formazione e addestramento del personale utilizzatore

L'importo a base d'asta è fissato come segue:

Lotto 1: € 350.000,00 iva esclusa

Lotto 2: € 460.000,00 iva esclusa

L'Azienda Ulss si riserva inoltre la facoltà di acquistare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. le opzioni descritte al successivo art. 2 per ciascun lotto, per un importo presunto pari a:

- **opzioni Lotto 1:** n. 1 ulteriore microscopio (€ 350.000,00 iva esclusa) + accessori non oltre il limite del 20% del valore delle apparecchiature (€ 140.000,00 iva esclusa) **per un totale di € 490.000 iva esclusa**
- **opzioni Lotto 2:** n. 3 accessori opzionali (secondo monitor mobile su carrello, filtro per visualizzazione con fluorescenza, software analisi flusso sanguigno con videoangiografia ICG: € 130.000,00 iva esclusa) + accessori non oltre il limite del 20% del valore dell'apparecchiatura (€ 92.000,00 iva esclusa) **per un totale di € 222.000 iva esclusa**

La configurazione e le caratteristiche tecniche richieste per ciascun lotto sono descritte al successivo articolo 2. Ai sensi dell'allegato II.5 del Codice, esiste la possibilità di presentare offerta per prodotti non conformi alle specifiche tecniche richiamate nel presente Capitolato, purchè l'offerente, nella propria offerta, dimostri con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche lo deve segnalare con separata dichiarazione da inserire nella busta 2 – OFFERTA TECNICA, evidenziando quali sono le specifiche alle quali il prodotto offerto non risulta conforme e quali sono le soluzioni equivalenti proposte.

ART. 2 – CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature proposte dovranno rispettare le **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME** e la **CONFIGURAZIONE MINIMA** di seguito descritte, a pena di non conformità dell'offerta.

LOTTO 1: N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DELL'OSPEDALE DELL'ANGELO DI MESTRE

Microscopio operatorio per oculistica con sistema di visione in 3D con OCT, monitor 3D di grandi dimensioni e sistema di acquisizione e registrazione immagini con telecamere 4K, avente le caratteristiche di seguito specificate.

STATIVO

- stativo leggero e facilmente manovrabile per un agevole posizionamento in sala operatoria

- movimentabile su ruote dotate di adeguato meccanismo frenante per lo stazionamento
- blocco movimento rotazione dell'asse del corpo microscopio sia manuale che con freno elettromagnetico

SISTEMA OTTICO

- corpo del microscopio con sistema incorporato, senza necessità di smontare o montare componenti, che permetta di passare dalla modalità di visione solo in 3D a modalità che permetta la visualizzazione anche tramite le ottiche
- tubo binoculare principale e tubo binoculare osservatore per la visualizzazione tramite ottica, entrambi inclinabili fino ad almeno 50° con invertitore di immagine elettrico integrato all'interno del tubo binoculare o del corpo ottico
- oculari dotati di correzione refrattiva di almeno 5 diottrie
- dispositivo dell'osservatore laterale ruotabile di 180° senza necessità di smontare gli accessori
- ottiche apocromatiche
- obiettivo con distanza di lavoro non superiore a 200 mm in grado di garantire elevate luminosità, dettaglio e profondità di campo

OCT

dotato di OCT tomografo a coerenza ottica per l'esplorazione tomografica intra-operatoria del segmento anteriore e posteriore

MONITOR

- pannello di controllo costituito da monitor pc touchscreen integrato sullo stativo dotato di software per la gestione
- sistema di visione in 3D con telecamere 4K e sensori 3ccd
- secondo monitor 3D con risoluzione 4K di grandi dimensioni su carrello

PEDALIERA

pedaliera anfibia con comandi fuoco e zoom programmabili e con ulteriori sezioni con funzioni programmabili

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

- fonte luce con accensione, spegnimento e potenza di illuminazione azionabili da pedale, pannello di controllo, manopole
- presenza di più campi di illuminazione attivabili sia alternativamente che contemporaneamente
- modalità di illuminazione per il riflesso rosso stereo coassiale il cui rapporto con la luce di campo possa essere variato elettronicamente sia da pedale che da manopole

FUNZIONALITA'

- manopole azionabili in modo sterile per lo sblocco dei freni dotate di comandi per il controllo delle funzioni
- messa a fuoco motorizzata con possibilità di rendere la velocità della messa a fuoco dipendente dal fattore di ingrandimento in uso
- sistema di visione panoramico non a contatto, con messa a fuoco elettrica motorizzata comandabile a pedale, dotato di lente per l'osservazione panoramica e lente per l'osservazione della macula
- ottimizzazione automatica dei parametri delle telecamere sia per la visione solo in 3D che per la visione con le ottiche in modo da rendere il chirurgo indipendente nella visualizzazione senza necessità di far intervenire il personale presente in sala
- possibilità di programmare differenti impostazioni di controllo per gli utilizzatori

SISTEMA DI ACQUISIZIONE REGISTRAZIONE IMMAGINI E VIDEO

- sistema di acquisizione immagini e video con telecamere 4K e sensori 3ccd, con registrazione su HD
- esportazione in formato DICOM su rete dati, esportazione su memoria di massa USB o su supporto ottico (CD\DVD)

- sistema di registrazione anche in 3D
- dotato di porta ethernet
- presenza di DICOM 3 con le seguenti classi incluse: Store, Storage Commitment, Print, Worklist, MPPS Media Exchange

ACCESSORI

accessori per chirurgia di precisione corneale e del cristallino

OPZIONE

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di acquistare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- **un ulteriore microscopio operatorio** per la sala operatoria di Oculistica dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre nella medesima configurazione e con le medesime caratteristiche di quello oggetto del presente lotto; l'importo presunto dell'opzione è pari ad Euro 350.000,00 iva esclusa;
- **ulteriori accessori opzionali** entro il 20% del valore delle apparecchiature

LOTTO 2: N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DELL'OSPEDALE DELL'ANGELO DI MESTRE

Microscopio operatorio per neurochirurgia di ultima generazione top di gamma con sistema di acquisizione e registrazione immagini con telecamere ad alta definizione, almeno full HD, avente le caratteristiche di seguito specificate:

- stativo mobile a pavimento che assicuri mobilità e stabilità durante le procedure chirurgiche
- ruote pivotanti dotate di sistema di bloccaggio
- snodi dello stativo dotati di dispositivi in grado di bloccare il movimento dello stativo e del corpo ottico
- sistema di bilanciamento automatico sia dello stativo che del corpo ottico
- variatore di ingrandimenti a comando motorizzato
- sistema di messa a fuoco a regolazione motorizzata e automatica
- impugnature di comando regolabili posizionate in modo da non interferire con il campo operatorio
- controllo tramite impugnature, pedaliera, mouthpiece delle principali funzioni del microscopio almeno per: sblocco freni, regolazione dello zoom e del fuoco, tilting, intensità luminosa, registrazione, funzioni per controllo neuronavigatore e sistemi di diagnostica intraoperatoria
- tubo binoculare per primo osservatore e osservatore contrapposto ad inclinazione ed estensione variabile e regolazione della distanza interpupillare
- tubo binoculare per osservatore laterale con regolazione della distanza interpupillare
- oculari grandangolari 10X o 12,5X con compensazione diottrica
- visualizzazione dagli oculari del primo operatore delle immagini provenienti da dispositivi esterni quali: sistemi ecografici, endoscopi, neuronavigatori
- completo dei dispositivi per la diagnostica intraoperatoria: filtri dedicati per video-fluorangiografia intraoperatoria con indocianina e per 5-ALA
- sistema di illuminazione ad alta efficienza integrato nello stativo, completo di lampada di riserva ad alta efficienza
- regolazione dell'intensità luminosa in continuo
- interfaccia di comando di tipo touch screen per l'impostazione e visualizzazione dei parametri. Deve essere consentita la memorizzazione di impostazioni personalizzate con richiamo delle stesse
- telecamera digitale 3CCD a colori ad alta definizione ALMENO full HD
- monitor di visualizzazione ad alta definizione ALMENO full HD posizionato su braccio orientabile
- sistema di acquisizione immagini e video ad alta definizione con registrazione su HD, esportazione in formati standard su rete dati e su memoria di massa USB
- possibilità di collegamento e integrazione a sistemi di neuronavigazione, ecografo intraoperatorio e sistemi

endoscopici

OPZIONE

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di acquistare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- **i seguenti accessori opzionali** per un importo presunto pari ad Euro 130.000,00 iva esclusa:
 - secondo monitor mobile con risoluzione ad alta definizione almeno full HD di grandi dimensioni su carrello
 - filtro per la visualizzazione con fluorescina
 - software di analisi del flusso sanguigno con videoangiografia ICG
- **ulteriori accessori opzionali** entro il 20% del valore dell'apparecchiatura

La fornitura, per entrambi i lotti, dovrà essere comprensiva di tutti gli accessori, cavi di collegamento e materiali (es. lampade, adattatori, cover protettive, etc.) necessari all'immediato, corretto e completo funzionamento di tutte le apparecchiature offerte. Le attrezzature dovranno essere fornite nuove di fabbrica e corrispondenti alla versione indicata in offerta.

I modelli proposti in offerta dovranno essere di ultima generazione e già immessi sul mercato, conformi alle vigenti normative legislative, regolamentari e tecniche applicabili, con particolare riferimento a quelle relative ai Dispositivi Medici (MDR 2017/745) e a quelle relative alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Quanto offerto dovrà inoltre osservare le **Indicazioni di sicurezza informatica per i sistemi elettromedicali** previste nell'**Allegato A** al presente Capitolato.

Qualora durante la vigenza contrattuale il fornitore dovesse immettere in commercio prodotti con migliori caratteristiche di rendimento, funzionalità o tecnologia, li dovrà proporre all'Azienda Ulss in sostituzione di quelli aggiudicati, mantenendo invariate le condizioni economiche e contrattuali. L'accettazione della proposta è ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ulss sulla base di una valutazione che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti offerti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione. La ditta affidataria pertanto sarà tenuta a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

ART. 3 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dovrà essere erogato un adeguato programma di formazione per il personale sanitario da svolgersi in fase di avvio della fornitura, che preveda anche la personalizzazione di protocolli e procedure in base alle esigenze della sede. Dovrà essere fornito programma dettagliato della formazione, con descrizione di contenuti, modalità e tempi.

Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dall'aggiudicatario con le UOC destinatarie ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative.

Dovrà inoltre essere redatto, a cura della Ditta fornitrice, un verbale con cui viene attestata l'avvenuta formazione del personale secondo il piano formativo dettagliato in offerta; tale documento dovrà essere controfirmato dai partecipanti. La consegna di tale documento, in originale, è vincolante per l'esito positivo del successivo collaudo Tecnico Amministrativo che sarà effettuato a cura dell'Azienda Ulss.

ART. 4 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO

Le apparecchiature dovranno essere trasportate, consegnate ed installate, franche di ogni spesa e rischio ed a norma con le disposizioni vigenti al momento della consegna, **presso le sedi e nei locali che saranno indicati nell'ordine di fornitura**, nei tempi indicati in sede di presentazione dell'offerta.

In ogni caso i tempi di consegna ed installazione **non dovranno essere superiori a 30 giorni naturali consecutivi** dalla data di ricevimento dell'ordine, che sarà inviato a mezzo Nodo Smistamento Ordini (NSO).

In deroga all'articolo 1510, 2° comma del C.C. la consegna s'intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).

E' a carico della ditta fornitrice l'asporto e l'eventuale smaltimento degli imballaggi e dei residui delle lavorazioni.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà essere eseguito **entro 7 giorni** di calendario dalla data di completamento dell'installazione.

La ditta aggiudicataria per il collaudo dovrà obbligatoriamente fornire la seguente documentazione:

- documentazione attestante l'avvenuta Verifica di Sicurezza per le dispersioni elettriche di cui alle norme CEI 62.5; in mancanza l'ULSS provvederà a farla effettuare da terzi, con addebito alla ditta inadempiente;
- una relazione illustrante il calendario e le modalità di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventiva e della Verifica di Sicurezza durante il periodo di garanzia. Le visite, concomitanti, dovranno essere effettuate a partire dal 2° semestre dalla data di consegna e/o collaudo delle apparecchiature e dovranno avere cadenza almeno annuale (ogni 12 mesi);
- manuale d'uso in formato elettronico e cartaceo redatto integralmente in lingua italiana;
- manuale di service in formato elettronico;
- certificato di conformità alla normative concernenti i dispositivi medici (marchio CE);
- software (se compresi nella fornitura) originali con licenza d'uso;
- verbale di avvenuta formazione del personale.

Le operazioni di collaudo si articoleranno in più fasi: a seguito di una prima fase di verifica/accertamento della documentazione sopra elencata, si procederà con le verifiche di funzionalità della fornitura, in contraddittorio con i clinici utilizzatori e il personale preposto dell'U.O.S.D. Ingegneria Clinica. L'esito di tale attività dovrà essere verbalizzato dalla ditta aggiudicataria e controfirmato dal Responsabile Clinico e dal personale tecnico, oltre che dal personale della stessa ditta.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione, o sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze.

Il collaudo si intende concluso con esito positivo alla data in cui il personale preposto dell'U.O.S.D. Ingegneria Clinica accerterà la conformità e la funzionalità della fornitura e l'avvenuta formazione.

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo con esito positivo. Dalla data di collaudo decorrerà la garanzia di quanto fornito.

ART. 5 – GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

La garanzia, comprendente tutte le parti componenti le apparecchiature offerte, avrà durata minima di dodici (12) mesi dalla data di effettuazione del collaudo delle stesse con esito favorevole.

Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire, compresa l'attività lavorativa, tutto quanto necessario alla piena e perfetta funzionalità delle apparecchiature senza alcun onere per l'Azienda Ulss, ossia un'assistenza di tipo full risk e riferita a tutti i malfunzionamenti che non siano manifestamente causati da dolo o altre cause di forza maggiore. Sono, in particolare, da ritenersi incluse le visite di manutenzione periodica e tutto il materiale di consumo necessario all'esecuzione di tali attività.

In ogni caso, in caso di guasto o malfunzionamento, la ditta dovrà garantire i seguenti tempi massimi di intervento e risoluzione:

- tempo massimo di intervento "on site" garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata;
- tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata

- tempo massimo di risoluzione guasto dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante = 36 ore lavorative dall'inizio dell'intervento

La ditta dovrà inoltre essere disponibile alla fornitura dei pezzi di ricambio delle apparecchiature fornite per almeno 10 anni dalla data del collaudo e comunque per 3 anni successivi alla messa fuori produzione delle stesse, della quale dovrà essere data tempestiva comunicazione.

La ditta dovrà ampiamente descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia, indicando il n. di visite di manutenzione preventiva previste, la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con i tempi di intervento di cui sopra.

Le ditte dovranno inoltre descrivere le modalità con cui intendono garantire il servizio di assistenza tecnica "full-risk" post garanzia (che dovrà essere effettuato alle medesime condizioni sopra descritte) da attivarsi una volta scaduto il periodo di garanzia. L'Azienda si riserva la facoltà di stipulare il relativo contratto.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, sarà effettuato a 60 giorni dalle date previste dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. ed avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Ulss.

L'accertamento della conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali avverrà con le modalità previste dalla documentazione di gara integrata, per quanto non espressamente previsto, dalle Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda Ulss 3 Serenissima.

Le fatture devono essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali. Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione Azienda: Azienda ULSS n. 3 Serenissima;
Sede Legale: via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia;
C.F. / Partita IVA: 02798850273
Codice Univoco Ufficio: UFK9MW
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

La ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; eventuali transazioni relative al presente appalto eseguite con modalità diverse da quelle previste da tale articolo costituiranno causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, il fornitore potrà essere soggetto all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data stabilita per il collaudo, fino ad un massimo di 30 giorni; allo scadere del termine suddetto rimane salva la facoltà dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto;
- b) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i 10 giorni dalla data del verbale di accertamento per la eliminazione/sostituzione di difetti evidenziati in fase di collaudo, o dal diverso termine concordato, fino ad un massimo di 30 giorni; allo scadere del termine suddetto rimane salva la facoltà dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto;
- c) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione.

Le penali per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al

ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Degli importi per penali sarà data comunicazione alla ditta affidataria a mezzo PEC, con successivo inoltro della relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/72 e il relativo importo sarà trattenuto attraverso una compensazione finanziaria sul primo pagamento utile.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

ART. 8 – RESPONSABILITA’ CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria e a terzi nell’espletamento della fornitura anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta affidataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Azienda Ulss è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.

La ditta sarà inoltre responsabile di tutti i danni direttamente imputabili ai dispositivi medici forniti, sia prodotti che commercializzati, per i quali dovrà possedere adeguata copertura assicurativa.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione da inviare al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) ritardi previsti al precedente art. 7, oltre i termini massimi ivi previsti;
- f) in caso si verificano molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, reclami che coinvolgono i dispositivi medici oggetto di fornitura, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;
- h) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara;
- i) in caso di violazione da parte dei propri collaboratori degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell’Azienda ULSS 3 da ritenere estesi, per quanto compatibili, a tali collaboratori;
- j) nei casi previsti dall’art. 3 punti a) e b) del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 951 del 02.07.2019 e sottoscritto in data 17.09.2019, se applicabile;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Disciplinare e dal presente Capitolato nonché dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all’Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione l’Azienda Ulss ha diritto di escutere la garanzia definitiva. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare la fornitura rimanente alla seconda ditta in graduatoria, in danno alla ditta inadempiente. Alla stessa saranno addebitate le spese

sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

Quanto sopra non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 11 – DOCUMENTO EX ART. 26 D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

Le informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss in cui l'impresa appaltatrice è destinata ad operare sono riportate nell'apposito **"Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima"**, pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ulss 3 al link:

<https://www.aulss3.veneto.it/myportal/AU12VE/api/content/download?id=63ff4aa1356b7f009a0993cb>

L'impresa appaltatrice deve prendere visione di tali documenti e darne informazione ai lavoratori coinvolti.

Allegato A: Indicazioni di sicurezza informatica per i sistemi elettromedicali