



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER  
NEURORADIOLOGIA PER L'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA  
CHIARIMENTI DEL 08/10/2025**

Di seguito si forniscono i chiarimenti a specifiche richieste pervenute:

**DOMANDA 1**

Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare alla richiesta di campionatura, si chiede di voler cortesemente confermare che per il lotto nr 1 la stessa non sia richiesta, essendo l'unico lotto che nell'allegato 1 non ha quantitativi indicati.

**RISPOSTA 1**

Si conferma.

---

**DOMANDA 2**

LOTTO 4 e 5 - Cosa si intende per dispositivo di fissaggio? Fissaggio del loop oppure fissaggio esterno cutaneo?

**RISPOSTA 2**

La descrizione del LOTTO 4 viene così modificata:

"Catetere per drenaggio di ascessi, tecnica Trocar e Seldinger, calibro da 8 a 14 Fr, lunghezza 25-40 cm, multiforato, **con dispositivo di fissaggio del LOOP**".

Per il LOTTO 5 vedasi successiva "RISPOSTA 8" punto 1).

---

**DOMANDA 3**

LOTTO 6 - il set è da intendersi come dispositivo per sostituzione del drenaggio o come introduttore vascolare arterioso o venoso? - per misura della guida non inferiore a 100 cm è da intendersi lunghezza utile della guida stessa o come lunghezza totale del dispositivo compreso l'hub prossimale?

**RISPOSTA 3**

Il dispositivo non è destinato all'uso intravascolare.

Per misura della guida non inferiore a 100 cm è da intendersi la lunghezza utile della guida stessa.

---

**DOMANDA 4**

LOTTO 8 - La lunghezza cm 20 è da intendersi come lunghezza utile del dilatatore o come lunghezza totale del dispositivo compreso l'hub prossimale? - qual è il margine di tolleranza rispetto alla misura richiesta ovvero 20 cm?

**RISPOSTA 4**

La lunghezza cm 20 è da intendersi come lunghezza utile del dilatatore.

La tolleranza accettata è del +- 10%.

---



UOC Provveditorato, Economato e Logistica

**DOMANDA 5**

LOTTO 9- si richiede la possibilità di presentare campionatura non sterile per il lotto 9.

**RISPOSTA 5**

Si conferma.

---

**DOMANDA 6**

Con la presente siamo a chiederVi se per i lotti nr 4 e nr 5, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione, sia possibile considerare una tolleranza +- 15% per quanto riguarda il calibro dei cateteri indicato.

**RISPOSTA 6**

Si conferma.

---

**DOMANDA 7**

Confermate che la durata della Cauzione Provvisoria dovrà essere di 240 giorni?

**RISPOSTA 7**

La garanzia provvisoria dovrà avere validità almeno fino al 12/07/2026 (270 gg oltre la scadenza di presentazione delle offerte).

---

**DOMANDA 8**

LOTTO 5:

- 1- Cosa si intende per dispositivo di fissaggio? Fissaggio del loop oppure fissaggio esterno cutaneo?
- 2- Si richiedono, cateteri per drenaggio ascessi, mentre nella descrizione si parla di drenaggio biliare transepatico. Si chiede di fare chiarezza sul drenaggio desiderato.
- 3- Si chiede anche di far chiarezza sul tempo inteso con l'indicazione di: breve durata, in quanto non collima con il tipo di trattamento applicato.
- 4- Nella descrizione dove si indica punta curva, viene inteso come PIG o un preformato o un MPA.

**RISPOSTA 8**

1- La descrizione del lotto viene così modificata:

"Catetere per drenaggio biliare transepatico, morbido, con punta curva, **con dispositivo di fissaggio del LOOP**, calibro 8-14 Fr, lunghezza cm 30 almeno, compatibilità guida 0,035"/0,038".

2- Si richiedono cateteri per drenaggio biliare transepatico. La descrizione nel titolo "drenaggio ascessi" è da considerare un refuso.

3- L'indicazione "di breve durata" è da considerare un refuso.

4- Nella descrizione dove si indica punta curva, viene inteso come preformato.

---

**DOMANDA 9**

In merito al lotto n. 10 si chiede gentilmente di confermare la possibilità di offrire nello stesso lotto, ed allo stesso prezzo, la più vasta gamma in termini di tipologia di misure disponibili, al fine di garantire ogni singola caratteristica tecnica e



UOC Provveditorato, Economato e Logistica

soddisfare ogni esigenza clinica. In particolare si chiede se sia possibile fornire tutte le famiglie di prodotto aventi la medesima indicazione d'uso, ma con nome commerciale diverso e di conseguenza relativa scheda tecnica differente. Si specifica che non si tratterebbe a nostro avviso di offerta alternativa, ma di reale soddisfazione di esigenze cliniche differenti.

**RISPOSTA 9**

È ammessa la presentazione di offerte di prodotti aventi lo stesso prezzo contraddistinti da brand/nomi commerciali diversi per garantire la copertura della gamma delle misure richieste nell'Allegato 1 del Capitolato tecnico, purché le altre caratteristiche qualitative degli stessi siano le medesime o equivalenti.

La Commissione giudicatrice potrà escludere i prodotti che non presenteranno, a insindacabile giudizio della stessa, le medesime o equivalenti caratteristiche qualitative.

---

**DOMANDA 10**

Chiediamo se è possibile inviare anche campionatura non sterile.

**RISPOSTA 10**

Si conferma la necessità di avere campionatura STERILE ad eccezione del lotto 9.

Venezia- Mestre, 08/10/2025

Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica  
*Dott.ssa Cinzia Bon (\*)*

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*