

INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL FINALIZZATA AD UN EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI BIOCASSETTE, FORMELLE E SPUGNETTE PER L'ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - RICHIESTA DI PREVENTIVO (ID SINTEL N. 222868142)

CHIARIMENTO

QUESITO: Con riferimento al Lotto 1, relativo alla fornitura di biocassette preimpilate per campionamento e inclusione di campioni istologici, si richiede una revisione delle specifiche tecniche previste dal capitolato, nella parte in cui viene richiesta la compatibilità simultanea con le stampanti Leica e Thermo Fisher in uso presso il servizio di Anatomia Patologica. La richiesta è motivata dal fatto che le biocassette dedicate al sistema Thermo Fisher non risultano pienamente compatibili con il sistema Leica IP C e, viceversa. Si chiede quindi di valutare lo scorporo del lotto in due distinte voci (Leica e Thermo Fisher)..

RISPOSTA: Si specifica che le biocassette con coperchio attaccato devono essere compatibili con la sola stampante Leica, mentre le biocassette senza coperchio devono essere compatibili con la sola stampante Thermo Fisher.

Pertanto, non essendo richiesta la compatibilità simultanea con entrambe le stampanti, non si ritiene necessario lo scorporo del lotto 1 in due distinte voci come proposto.