

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, SANIFICAZIONE, STOCCAGGIO, GESTIONE A MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE DEGLI AUSILI PER ASSISTENZA PROTESICA DI CUI AL DPCM 12/01/2017.

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute

Domanda 1	<p>In riferimento a quanto riportato nel capitolo “MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI AUSILI RICONDIZIONATI” del Capitolato Tecnico, siamo a richiedere cosa si intende per Manutenzione Straordinaria in quanto nell’offerta economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono presenti prezzi diversi per l’importo unitario della Terraferma rispetto a Venezia e isole; - bisogna indicare prezzi fissi per gli aggiuntivi, ma nel Capitolo sopra citato si riporta: “...Prima dell’avvio dei lavori la ditta dovrà presentare un preventivo di spesa con una descrizione dettagliata del lavoro da effettuare riportante anche i pezzi di ricambio necessari, che deve essere sempre concordato ed autorizzato dal funzionario Ulss incaricato.”; - bisogna indicare prezzi fissi anche per ausili e la base d’asta è più bassa del costo effettivo di alcuni pezzi (es. montascale a cingoli con prezzo a base d’asta molto più basso del prezzo d’acquisto di un solo cingolo).
Risposta 1	<ul style="list-style-type: none"> - Per la definizione di manutenzione straordinaria si ribadisce quanto già indicato nel capitolato tecnico; - La tabella (allegato 3) non si riferisce alla fornitura del bene ma al servizio di manutenzione straordinaria su quel tipo di ausilio.
Domanda 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si chiede di quantificare il numero di ritiri che compongono la base d’asta; 2. Per quanto riguarda le consegne su “Venezia e Isole”, chiediamo di dettagliare separatamente quante sono su Venezia e quante sulle Isole; 3. Il capitolato prevede un canone di rimborso per il ricondizionamento che comprende: pulizia, manutenzione ordinaria e consegna. Per questo caso, come manutenzione ordinaria, non viene inteso solamente la sostituzione delle piccole parti (serraggio di viti, ecc...) ma viene richiesto anche di sostituire delle componenti importanti o, addirittura, di reintegrare le parti mancanti al momento del ritiro. Tutte queste operazioni non sono sostenibili con la base d’asta indicata. Si chiede pertanto di rivedere i valori o le previsioni della manutenzione.
Risposta 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dal dato storico, i ritiri di cui alla richiesta sono circa il 28% del totale; 2. Nella formulazione della base d’asta si è tenuto conto delle problematiche di Venezia Centro e Isole, accomunate dalle stesse difficoltà negli spostamenti/trasporti; la suddivisione non è disponibile. 3. Per reintegrazione delle parti mancanti si intende il servizio di manutenzione ordinaria che consenta di mantenere la funzionalità e la natura stessa dell’ausilio.



UOC Provveditorato, Economato e Logistica
 Distretto di Venezia - Mestre

Domanda 3	<i>Si richiede il quantitativo annuo degli ausili da ritirare, in quanto nelle tabelle degli allegati 1, 2 e 3 sono indicati solamente gli ausili da consegnare e le manutenzioni straordinarie. Nell'offerta economica va quantificata l'offerta specifica per i ritiri, si ritiene pertanto essenziale conoscere tale dato.</i>
Risposta 3	Vedi risposta n. 2
Domanda 4	<i>Nel capitolo 14.1 del Disciplinare di gara si richiede la compilazione della Domanda di Partecipazione da allegare alla Documentazione Amministrativa, ma non è presente tale documento compilabile tra la documentazione di gara.</i>
Risposta 4	Non è previsto un modello standard di domanda di partecipazione. Si chiede pertanto di predisporla su carta intestata, inserendo quanto richiesto negli atti di gara.
Domanda 5	<i>Al punto n. 14.1 del Disciplinare viene richiesto di produrre la "Domanda di partecipazione" in bollo. Tale modello non risulta tra i documenti di gara. Si chiedono indicazioni su come procedere.</i>
Risposta 5	Vedi risposta n. 4
Domanda 6	<i>si chiede di confermare che la Stazione Appaltante non ha messo a disposizione un modello di domanda di partecipazione, e pertanto lo stesso deve essere prodotto dagli operatori economici.</i>
Risposta 6	Vedi risposta n. 4
Domanda 7	<i>In riferimento al punto 15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2-OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che copertina ed indice della relazione tecnica non concorrano al conteggio delle 60 facciate entro cui deve essere contenuta la relazione tecnica. Si chiede altresì di confermare la possibilità di produrre allegati alla relazione tecnica, quali, a titolo di esempio, curriculum vitae del personale offerto, check list manutentive, ecc., non ricompresi nel limite delle 60 facciate entro cui deve essere contenuta la relazione.</i>
Risposta 7	<i>Si conferma.</i>



UOC Provveditorato, Economato e Logistica
Distretto di Venezia - Mestre

Seguiranno le risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute.

Mestre, 19 Maggio 2021.

Il Direttore UOC Provveditorato,
Economato e Logistica
F.to Dott. Roberto Marin